

Số: 218 /TMBG-BV

Đông Hưng, ngày 08 tháng 04 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp thiết bị y tế

Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị nhận báo giá: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh Viện Đa Khoa Đông Hưng

Địa chỉ: Đường Phạm Huy Quang, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 02273851211

Địa chỉ Email: bvdkdonghung@gmail.com

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bản giấy (có đầy đủ chữ ký, thông số kỹ thuật của thiết bị và đóng dấu đỏ người đại diện pháp luật của Công ty).

(Lưu ý: Báo giá bao gồm các loại thuế, bao gồm chi phí vận chuyển đến đơn vị).

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 08 tháng 04 năm 2026 đến trước 17h ngày 18 tháng 04 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế mời báo giá: (Kèm theo phụ lục 1)

2. Báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt (Có mẫu đính kèm).

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, KHTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duy Quyền

Phụ lục 1

DANH MỤC MUA SẮM

(Kèm theo Thư mời báo giá số 218/TMBG-BV ngày 08 tháng 4 năm 2026 của Bệnh viện)

STT	TÊN THIẾT BỊ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1	Máy phân tích da (01 máy)	I. Yêu cầu chung: - Máy mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. - Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng. II. Yêu cầu kỹ thuật: + Chế độ quang phổ: Đèn RGB. + Công nghệ chiếu sáng: Đèn LED thể rắn hoặc tương đương. + Đầu vào: 24V, 5A + Công suất định mức: Công suất chờ: $\geq 12W$, công suất tối đa: $\geq 39W$ + Độ phân giải: ≥ 12 Megapixels. + Cổng kết nối: Từ USB 3.0 trở lên
2	Máy Laser công nghệ cao các loại (01 máy)	I. Yêu cầu chung: - Chất lượng máy: Mới 100% - Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện hoạt động: 220V, 50Hz $\pm 10\%$ - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 35 độ C + Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$ II. Cấu hình cung cấp:

		<ul style="list-style-type: none"> - Thân máy chính tích hợp bánh xe: 01 cái - Trục khuỷu 7 khớp nối: 01 cái - Tay cắt đốt: ≥ 02 cái - Tay Fractional: 01 cái - Tay trẻ hoá âm đạo: 01 cái - Bộ khoá khởi động: 01 bộ - Bàn đạp công tắc chân: 01 cái - Bộ kính bảo vệ: 01 cái
3	Tủ an toàn sinh học cấp 2 (01 tủ)	<p>I. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Nguồn điện: 220V, 50Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$ <p>II. Yêu cầu cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tủ an toàn sinh học cấp 2: 01 cái - Đèn huỳnh quang hoặc tương đương: 02 cái - Đèn UV: 01 cái - Chân để tủ: 01 cái - Bộ ổ cắm điện bên trong tủ: 01 bộ <p>II. Yêu cầu tính năng kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống lọc khí đạt cấp độ sạch tối thiểu ISO Class 3 hoặc tương đương - Có ≥ 02 màng lọc khí ULPA hoặc tương đương, hiệu quả lọc $\geq 99,9\%$ - Thiết kế:


		<ul style="list-style-type: none"> + Thân tủ làm bằng thép mạ kẽm hoặc tương đương, dày \geq 1mm, sơn tĩnh điện phủ Epoxy-polyester và Isocide hoặc tương đương + Bề mặt thao tác bằng thép không gỉ SUS304 hoặc tốt hơn, dày \geq 1.3mm, có thể tháo rời + Tường bên bằng kính cường lực hấp thụ tia UV, dày \geq 4mm, không màu và trong suốt - Kích thước ngoài (dài x rộng x cao): \geq (800 x 1300 x 1400)mm - Kích thước trong (dài x rộng x cao): \geq (560 x 1200 x 560)mm - Chiều cao cửa mở khi hoạt động: \geq 190mm - Hỗ trợ kết nối tối thiểu: RS232 - Tốc độ gió: + Gió vào: \geq 0,4 m/s + Gió đi xuống: \geq 0,3 m/s - Lưu lượng khí: + Khí đi vào: \geq 340 m³ /giờ + Khí đi xuống: \geq 730 m³ /giờ - Đèn huỳnh quang: Cường độ sáng \geq 1400 lux - Độ ồn: \leq 55dB
4	Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng (01 máy)	<p>Cấu hình tối thiểu bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camera \geq4k, \geq1080P: 01 cái, - Bộ xử lý hình ảnh Full HD: 01 cái, - Nguồn sáng LED tối thiểu 118W: 01 cái, - Màn hình chuyên dụng Full HD: 01 cái, - Optic 0° người lớn: 02 cái, - Optic 0° trẻ em: 02 cái, - Optic 70° soi họng: 02 cái,

		<ul style="list-style-type: none"> - Dây dẫn sáng: 01 cái, - Xe đẩy: 01 cái, - Hộp ngâm optic chuyên dụng: 01 cái
5	Bàn kéo giãn cột sống (01 chiếc)	<p>I. YÊU CẦU CHUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng - Sản xuất năm: 2024 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 - Nguồn điện cung cấp: 220V, 50Hz - Yêu cầu môi trường hoạt động + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$ <p>II. YÊU CẦU CẤU HÌNH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy kéo chính: 01 máy - Giường kéo trượt có ngăn kéo tích hợp chườm nhiệt: 01 cái - Túi chườm nhiệt cổ: 01 cái - Thanh chặn nách: 02 cái - Dây đai vùng cổ: 01 cái - Dây đai thắt lưng: 01 cái - Móc treo vùng cổ: 01 cái - Móc treo thắt lưng : 01 cái
6	Bồn rửa tay phẫu thuật(01 chiếc)	<p>I. Thông tin chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mới : 100%, sản xuất năm.2025 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016; ISO 9001:2015 <p>II. Cấu hình cung cấp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thân bồn composite - Gương kích thước 400x400 mm (02 bộ) - Vòi nước bằng inox (02 bộ)

		<ul style="list-style-type: none"> - Máy xả xả phòng tự động dung tích 1 lít (01 bộ) - Sensor cảm biến tự động mở nước (02 bộ) - Rơ le thời gian: Ổn định dòng chảy tự động ngắt nước (02 bộ) - Hệ thống lọc thô đạt tiêu chuẩn 0,5 – 5 μm (01 bộ) - Hệ thống lọc tinh đạt tiêu chuẩn 0,1 – 1 μm (02 bộ) - Hệ thống UV diệt khuẩn nước 29W (01 bộ) - Bình nước nóng công suất 4,5Kw (01 bộ) - Công tắc gói dự phòng (02 bộ) - Bơm tăng áp 100W (01 bộ) - Van điện từ 24V (02 bộ) <p>Kích thước bồn: 1.400x680x1.740 (mm) \pm 5%</p>
7	Cánh Y tế (05 cái)	<ul style="list-style-type: none"> - Bảng ca chịu được tải trọng tối thiểu: 200kg - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (1960 x 700 x 520-750)mm \pm 5mm - Góc nâng lưng cao nhất: Khoảng 60° - Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện dày tối thiểu 1,0 mm đột lỗ oval dập gân tăng cứng, liên kết hàn với phần khung bao bằng thép hộp (25x25)mm dày \geq 1,0mm, chia làm hai phần <ul style="list-style-type: none"> + Tấm nâng đầu dài 750 mm \pm 5mm, có nâng hạ thay đổi góc nghiêng bằng thủy lực từ 0° đến 60° + Tấm thân, dài 1180 mm \pm 5 mm - Khung đỡ mặt cánh: Kết cấu bằng thép hộp (30 x 60)mm dày \geq 1,4mm và \varnothing 32 dày \geq 1,5mm - Hệ thống nâng hạ: Hệ thống nâng hạ bằng cơ cấu trục vít me bằng ren trơn, có phần trợ lực nâng bằng xilanh thủy lực.

VIỆN
HO
HU
*

		<ul style="list-style-type: none"> - Khung dưới xe cáng bằng thép hộp (30 x 60)mm dày $\geq 1,4$mm hàn liên kết với các tấm bản mã dày 3mm vào bốn ống thép $\varnothing 32 \times 1.5$mm bắt bốn bánh xe $\varnothing \geq 150$mm. Khung dưới được bao phủ bằng vỏ thép hoặc nhựa đảm bảo mỹ thuật. - Thành chắn bằng vật liệu nhựa ABS, có hỗ trợ nâng bằng thủy lực. - Bánh xe (4 bánh) $\text{đk} \geq 150$mm vật liệu chịu lực bằng thép Chromium lớp bằng cao su tổng hợp phía ngoài che chắn bằng nhựa ABS, có phanh - Nệm phù hợp với xe, vỏ nệm làm bằng chất liệu chống thấm nước - Kèm theo 1 cây truyền dịch
8	<p>Máy sinh hiển vi khám mắt (01 máy)</p>	<p>I. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100%. - Thiết bị đáp ứng điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) hoạt động tại Việt Nam. - Hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED - Sinh hiển vi với ống kính hai mắt kiểu hội tụ, ống kính có bộ lọc màu vàng giúp cải thiện chất lượng hình ảnh. <p>II. Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khe chiếu sáng: 1x. - Độ rộng khe sáng (thay đổi liên tục): từ 0 đến ≥ 12 mm. - Độ dài khe sáng (thay đổi liên tục): từ 1 đến ≥ 12 mm. - Khẩu độ: 12, 9, 5, 3, 1, 0.2 mm - Bộ lọc: xanh dương, đỏ, ND 50%, xanh lá (khử đỏ). - Khuếch tán ánh sáng: có.



		<ul style="list-style-type: none"> - Góc xoay khe sáng: ± 90 độ, thay đổi liên tục. - Góc nhìn khe sáng: Thay đổi 0o, 5o, 10o, 15o, 20o . - Khoảng cách làm việc: ≥ 80 mm. - Nguồn sáng: đèn LED ánh sáng trắng. - Độ sáng: ≥ 246.000 LUX điều chỉnh liên tục - Loại ống kính: Loại hội tụ kiểu Galileian với các chức năng điều chỉnh độ phóng đại. - Góc thị kính hội tụ: ≥ 6 độ. - Thị kính $\geq 12,5x$. - Điều chỉnh thị kính: $\geq \pm 8$ D. - Độ phóng đại: $\geq 6x, \geq 10x, \geq 16x, \geq 25x, \geq 40x$) - Độ phóng đại thực: $\geq 5,6x, \geq 8,5x, \geq 14,8x, \geq 25,6x, \geq 39,3x$. - Trường quan sát từ $\geq 5,7$ mm đến ≥ 41 mm . - Khoảng cách đồng tử trong khoảng từ ≥ 50 đến ≥ 80 mm. - Bộ lọc ánh sáng: Lọc vàng.
9	Máy điện từ trường toàn thân (01 máy)	<p>I. YÊU CẦU CHUNG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất Từ năm 2025 trở về sau - Tiêu chuẩn, chất lượng Mới 100%. Đạt tiêu chuẩn ISO:13485 - Nhiệt độ môi trường làm việc Lên đến $\geq 250C$ - Độ ẩm môi trường làm việc cho phép Lên đến $\geq 75\%$ - Nguồn điện sử dụng 220V/50Hz$\pm \leq 10\%$ <p>II. YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy điều trị nhiệt rung từ 01 Cái - Phụ kiện kèm theo, tối thiểu có: - Bản cực từ tính điều trị: 04 cái

S. YÊN

		<ul style="list-style-type: none">- Vỏ bọc bản cứng: 04 cái- Đại giữ bản cứng: 04 cái- Nam châm thử từ tính: 01 cái- Xe để máy: 01 cái
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



MẪU BÁO GIÁ

Công ty:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên, chúng tôi.....(ghi tên Công ty) báo giá cho hàng hoá như sau:

1. Báo giá cho hàng hoá:

STT	Sản phẩm	Cấu hình, thông số kỹ thuật (Model, hãng sản xuất, nước sản xuất...)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Ghi chú
1							
2							
3							
4							
5							

2. Giá trên đã bao gồm: Thuế, phí, lệ phí

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày), kể từ ngày tháng năm 2026

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hoá phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá, không nâng khống giá;

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin trên.

....., ngàythángnăm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)